


**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.74022

Срок действия с 08.04.2025 по 07.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Гель ультразвуковой промышленный "Инспектор".
Серийный выпуск.

код ОК
20.59.41

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 26.51.66-003-29959060-2018

код ТН ВЭД
3403990000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»,
Адрес: Россия, 427018, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, УЛИЦА МАЙСКАЯ,
57, ИНН: 1841102789, ОГРН: 1221800000146, телефон: 8-800-555-45-19,
электронная почта: info@ndt.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»,
Адрес: Россия, 427018, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, М.Р-Н ЗАВЬЯЛОВСКИЙ,
С.П. ЯГУЛЬСКОЕ, Д. СТАРОЕ МИХАЙЛОВСКОЕ, УЛ НОВГОРОДСКАЯ, Д. 50,
ИНН: 1841102789, ОГРН: 1221800000146, телефон: 8-800-555-45-19,
электронная почта: info@ndt.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №68274-ТЕХП/25 от
07.04.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с
(ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

С.ЧО

подпись

Ю.А. Савицкий

инициалы, фамилия

Эксперт

К.Р.

подпись

К.Р. Князева

инициалы, фамилия

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет подтверждено под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «БалтСерт»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE42

Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гансальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110
телефон: +7 812 3091755, e-mail: balt-cert@yandex.ru

№ 21005/HE42
от 08.04.2025 года

Генеральному директору ООО «ИНСПЕКТОР-НК»
Заболоцких Роману Валерьевичу
427018, Удмуртская Республика, Завьяловский р-н,
д Старое Михайловское, Новгородская ул, д. 50
ИНН: 1841102789
ОГРН: 1221800000146

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Гель ультразвуковой промышленный "Инспектор", код ТН ВЭД ЕАЭС: 3403990000

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Белянин А. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

от 14.04.2025 № 18-00-02/021-4559-2025
на № 18-00-02/019-3399-2025 от 04.04.2025

Перевозчикову А.С.
ap@udmucs.ru


Ответ на обращение

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее:

Раздел II Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 22.01.2025) "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" (далее – Решение) устанавливает перечень продукции (товаров), подлежащей государственной регистрации. Согласно перечню из Код ТН ВЭД ЕАЭС 3403 государственной регистрации подлежат Средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. Раздел II Решения содержит сноски и примечания следующего содержания: Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием продукции (товара); В соответствии с Перечнем государственной регистрации подлежит только та продукция, которая указана в группах продукции, перечисленных в начале Раздела II (п.6-11) единого перечня, и одновременно находится в описаниях товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС с соответствующими изъятиями и оговорками; из товарной позиции 3403 государственной регистрации подлежат исключительно средства, предназначенные для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи и меха.

В дальнейшем Управление рекомендует руководствоваться Разделом II Решения в части принятия решения о необходимости государственной регистрации продукции.

Заместитель руководителя



М.П. Трофимов

Соболева Эльвира Анатольевна 8(3412) 22-23-04 доб. 123

**КОПИЯ
ВЕРНА**





ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова

«07» Апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№68274-ТЕХП/25 от 07.04.2025

1	Объект	Гель ультразвуковой промышленный "Инспектор"
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК», Адрес: Россия, 427018, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, М.Р-Н ЗАВЬЯЛОВСКИЙ, С.П. ЯГУЛЬСКОЕ, Д. СТАРОЕ МИХАЙЛОВСКОЕ, УЛ НОВГОРОДСКАЯ, Д. 50, ИНН: 1841102789, ОГРН: 1221800000146
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК», Адрес: Россия, 427018, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, УЛИЦА МАЙСКАЯ, 57, ИНН: 1841102789, ОГРН: 1221800000146
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 68274 от 24 Февраля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	25 Февраля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	06 Марта 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	11 Марта 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
9	Результаты	Таблица №1



Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Внешний вид	Однородная вязкая жидкость	Соответствует требованию	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
2.	рН	7,0 – 7,8	7,5	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
3.	Коррозионное воздействие на металлы	Должен выдерживать	Соответствует требованию	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
4.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	Отсутствует	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
5.	Содержание серы, %, не более	0,05	0,01	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
6.	Содержание галогенов, %, не более	0,05	0,009	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
7.	Вязкость по Брукфильду при минус 30 °С, Па°с	23 – 31	27	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018
8.	Вязкость по Брукфильду при плюс 100 °С, Па°с	9 – 18	12	ТУ 26.51.66-003-29959060-2018

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Гель ультразвуковой промышленный "Инспектор", выпускаемый Обществом с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК», Адрес: Россия, 427018, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, УЛИЦА МАЙСКАЯ, 57, ИНН: 1841102789, ОГРН: 1221800000146, соответствует: ТУ 26.51.66-003-29959060-2018.

Исполнитель



К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

