

## II ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- II.1 Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям ГОСТ 166-89 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- II.2 Гарантийный срок – 12 месяцев.

Адрес поставщика АО ТД «ЧИЗ»

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7, эт.4, пом.ХI ком17  
Тел: 8(495) 380-06-23

ООО НПП «ЧИЗ»



## ПАСПОРТ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

ШЦ-I-125 (135, 150, 160, 200, 250, 300)  
ГОСТ 166-89

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений 72189-18

## I НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Штангенциркуль типа ШЦ-I двусторонний с глубиномером предназначен для измерения наружных и внутренних размеров и измерения глубин.

1.2 Примеры обозначения штангенциркуля типа I с диапазоном измерения 0 – 125 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм:

*Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89.*

То же, со значением отсчета по нониусу 0,1 мм, класса точности I:

*Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-I ГОСТ 166-89.*

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Предел допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей

Таблица 1

| Измеряемая длина, мм | Предел допускаемой погрешности штангенциркулей при значении отсчета по нониусу, мм |                           |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
|                      | 0,05                                                                               | 0,1 для класса точности 1 | 2    |
| От 0 до 300 включ.   | ±0,05                                                                              | ±0,05                     | ±0,1 |

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Штангенциркуль.  
3.2 Футляр.  
3.3 Паспорт.