



Общество с ограниченной ответственностью
111524, г. Москва, ул. Электродная д.2, стр.23
Тел./факс (495)796-92-75; (499)707-09-88
www.calibron.ru; e-mail: info@calibronrme.ru

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

№ ДЗЧ-20-16-0612

- I. Наименование, тип, заводской номер СИ: *Штангенциркуль электронный типа ШЦЦ-I-150, дискретность 0,01 мм, № 7. Изготовитель: «ТОРЕХ»*
- II. Дата поступления на калибровку: *20.04.2020*
- III. Наименование и адрес заказчика: *ООО «Торекс Рус», ИНН 5321148110*
- IV. Место проведения калибровки: *111524 Москва, ул. Электродная, д.2, стр.23.*
- V. Методика калибровки: *Техзадание заказчика*
- VI. Результаты калибровки: *действительные размеры штангенциркуля представлены в таблице (см. пункт X.).*
- VII. Данные о средствах калибровки и эталонах:
Эталон № 3.2.ГЖЕ.0002.2015 (КМД №3 3-го разряда №1305 с-во №20-17-0411 от 28.02.2020); КМД №9 3-го разряда № А-8105 Образцы шероховатости поверхности № 0302 св-во № 6/0819 от 06.05.2016; Микроскоп УИМ-29 №770001 св-во № 1/0736 от 04.02.2019; Набор шупов 2, №5 сертификат № 20-12-0133 от 29.01.2020; Линейка ЛД № 870 св-во № 17/2218 от 08.07.2019; Микрометр МКЦ-25 № №131204671 св-во № 23.08.2019 от 15/1730; Весы рычажные настольные циферблатные ВРНЦ-10 №3226 св-во № 24/1085 от 10.07.2019; Принадлежности к концевым мерам длины ПК-П №6/н св-во № 15/4294 от 05.09.2019; Пластина плоская ПИ-60 № 5331 св-во №20/0142 от 06.03.2018.
- VIII. Условия проведения калибровки:
Температура окружающего воздуха.....*21,6 °C*
Относительная влажность воздуха.....*53 %*
- IX. Дата проведения калибровки: *27.04.2020*
- X. Действительные значения метрологических характеристик:

Метрологические характеристики	Действительное значение
Размер губок для внутренних измерений с установленной мерой 10 мм, мм	9,995
Погрешность, мм	±0,1
Погрешность при измерении глубины, мм	1,41

Калибровщик

подпись

Волобуева Л.В.

Ф.И.О.

оттиск калибровочного
клейма

