



Общество с ограниченной ответственностью  
111524, г. Москва, ул. Электродная д.2, стр.23  
Тел./факс (495)796-92-75; (499)707-09-88  
www.calibron.ru; e-mail: info@calibronrnc.ru

## СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

№ ДЗЧ-20-16-0607

I. Наименование, тип, заводской номер СИ: *Штангенциркуль с круговой шкалой типа ШЦК-I-150, цена деления 0,02 мм, № 2. Изготовитель: «ТОРЕХ»*

II. Дата поступления на калибровку: *20.04.2020*

III. Наименование и адрес заказчика: *ООО «Торекс Рус», ИНН 5321148110*

IV. Место проведения калибровки: *111524 Москва, ул. Электродная, д.2, стр.23.*

V. Методика калибровки: *Техзадание заказчика*

VI. Результаты калибровки: *действительные размеры штангенциркуля представлены в таблице (см. пункт X.).*

VII. Данные о средствах калибровки и эталонах:

Эталон № 3.2.ГЖЕ.0002.2015 (КМД №3 3-го разряда №1305 с-во №20-17-0411 от 28.02.2020); КМД №9 3-го разряда № А-8105 Образцы шероховатости поверхности № 0302 св-во № 6/0819 от 06.05.2016; Микроскоп УИМ-29 №770001 св-во № 1/0736 от 04.02.2019; Набор шупов 2, №5 сертификат № 20-12-0133 от 29.01.2020; Линейка ЛД № 870 св-во № 17/2218 от 08.07.2019; Микрометр МКЦ-25 № №131204671 св-во № 23.08.2019 от 15/1730; Весы рычажные настольные циферблатные ВРНЦ-10 №3226 св-во № 24/1085 от 10.07.2019; Принадлежности к концевым мерам длины ПК-П №6/н св-во № 15/4294 от 05.09.2019; Пластина плоская ПИ-60 № 5331 св-во №20/0142 от 06.03.2018.

VIII. Условия проведения калибровки:

Температура окружающего воздуха.....*21,6 °C*

Относительная влажность воздуха.....*53 %*

IX. Дата проведения калибровки: *27.04.2020*

X. Действительные значения метрологических характеристик:

| Метрологические характеристики                                        | Действительное значение |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Размер губок для внутренних измерений с установленной мерой 10 мм, мм | 10,096                  |
| Погрешность, мм                                                       | 0,02                    |
| Погрешность при измерении глубины, мм                                 | 0,04                    |

Калибровщик

подпись

Волобуева Л.В.

Ф.И.О.

оттиск калибровочного  
клейма

