



Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Звезда»
имени академика Г.И. Северина»
№ РОСС СОБ 3.00119.2013

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № 12

Средство измерений Динамометрический ключ Top Tools
наименование, тип, модификация

1/2 37D111

заводской номер (номера) № 434329 M10

калиброван в соответствии с МИ 2593-2000
наименование нормативного документа

с применением эталонов: 3.2.AУЗ.0039.2014
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)),

2 разряд

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при калибровке

при следующих значениях влияющих факторов: t = 21°C
приводят перечень

влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

Результаты калибровки _____

см. на обороте

Клеймо



Главный метролог _____
подпись

Поверитель _____
подпись

А.В. Ковалев
инициалы, фамилия

А.В. Кралин
инициалы, фамилия

« 20 » апреля 2020 г.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(заполняются при наличии соответствующих требований)

Поверяемые Отметки Nm	Показания измерителя крутящего момента FMT Nm	погрешность %
42	41.25	1.83
126	127.72	-1.36
210	215.91	-2.81

ПРИ ОЧЕРЕДНОЙ КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА ОБЯЗАТЕЛЬНО