

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
1..3000 A (AC) 10000 A _{р-р}	0,01% I _{ном}	$\pm 1\% \cdot I_{RMSизм}$ $\pm 2\% \cdot I_{RMSизм}$ (с учетом доп. погрешности от положения)

- A_{р-р} - пиковое значение
- I_{ном} - номинальное значение предела диапазона измерения для токоизмерительных клещей