

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE****№./No. 211299022**

Производитель

ООО «ЕС Сервис»**Нижний Новгород, пер. Лудильный, дом 10В
603003, Россия**

Manufacturer

LLC ES Service**Nizhny Novgorod, Alleyway, 10V Ludilniy
603003, Russia**

Продукт

Бактерицидный рециркулятор

Product

Bactericidal recirculator

Тип

**Поток 10001, Поток 10002, Поток 19002,
Поток 30002, Поток 30004, Поток 89004**

Type

**Potok 10001, Potok 10002, Potok 19002,
Potok 30002, Potok 30004, Potok 89004**

Настоящий сертификат соответствия подтверждает,
что продукт соответствует основным требованиям
безопасности следующих Директив ЕС/EU Нового
подхода:

**2014/35/EU Низковольтное оборудование
2014/30/EU Электромагнитная совместимость**

This conformity certificate confirms the conformity
of the product with essential safety requirements
of the following EC/EU New Approach Directives
as amended:

**2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive**

Европейские гармонизированные стандарты
использованные для оценки соответствия указаны
на обратной стороне сертификата.

European harmonized standards used for conformity
assessment are listed on the reverse side
of the certificate.

Сертификат выдается на основании испытаний
образца продукта.
Результаты приведены в Отчете об оценке
соответствия № 200500315 27.01.2021

The certificate has been issued on the basis of the tests
of the product type sample.
The results are recorded in the Conformity assessment
report № 200500315 dated 27.01.2021

CE маркировку можно применить только в случае
проведения оценки соответствия требованиям
всех надлежащих Директив ЕС/EU

CE mark can be used only in the case of conformity
assessment according to all relevant EC/EU Directives

Дата выдачи / Issue date: 29.01.2021

Действителен до / Expiry date: 28.01.2024

Издание / Issue: 1

**Ján BARANČÍK****Заместитель руководителя
отдела сертификации продуктов
Deputy of Head of Product Certification Body**

Европейские гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия:
European harmonized standards used for conformity assessment:

EN 60335-1:2012/A11:2014/AC:2014/A13:2017/A1:2019/A2:2019/A14:2019

EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Настоящий сертификат выдан при соблюдении следующих условий:

1. Сертификат распространяется на тип продукта и его варианты, которые указаны в вышеприведенном отчете об оценке соответствия.
2. Настоящий сертификат не распространяется на производственный процесс / внутризаводской контроль.
3. Сертификат не означает, что орган сертификации проводит надзор или контроль производства.
4. Производитель обязан гарантировать соответствие впоследствии выпускаемой продукции с сертифицированным типом.
5. Изменения, которые могут оказать влияние на сохранение соответствия сертификационным требованиям, могут вызвать необходимость подтверждения сохранения действия сертификата посредством доказательства соблюдения условий, при которых был сертификат выдан, или посредством проведения дополнительной оценки.

This certificate is issued under the following conditions:

1. The certificate applies to the product type and its variations specified in the above mentioned Conformity Assessment report.
2. The production process/factory production control is not covered by this certificate.
3. The certificate does not imply that the certification body has performed any surveillance or control of the production process.
4. The manufacturer shall ensure the conformity of subsequent production items with the certified type.
5. Changes that may affect the conformity with the certification requirements may make the continuation of the certificate validity dependent on the evidence as for the observance of requirements under which the certificate has been awarded, or on an additional evaluation.

