



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛИНЕЙКИ ЛЕКАЛЬНЫЕ С
ДВУСТОРОННИМ СКОСОМ
(тип ЛД)
DIN874



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки лекальные типа ЛД с двусторонним скосом в форме ножа, одна сторона срезана под углом для удобства контроля в труднодоступных местах. Линейки предназначены для проверки прямолинейности методом световой щели (на просвет).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки лекальные типа ЛД изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Оснащены теплоизоляционными накладками (кроме длиной 50мм). Твердость не менее 61HRC.

Тип линейек	Чертеж	Размеры, мм					Класс точности
		L	H	B	α	β	
ЛД		50	20	5	—	45°	00, 0 и 1
		80	20	5			
		100	20	5			
		125	20	5			
		150	25	6			
		200	25	6			
		300	35	8			
		320	35	8			
		400	35	8			
		500	45	10			

Точностные характеристики линейек лекальных типа ЛД приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

L, мм	Допуск прямолинейности; мкм			
	Класс точности			
	00	0		1
50-125	0,38	0,6		1,2
150-200	0,8	1,2		2,0
300-400	1,0	1,6		2,5
500	1,3	2,0		3,0

Таблица 2

Тип линеек	Длина линейки L, мм	Параметр шероховатости поверхностей Ra				
		рабочих для линейек классов точности				прилегающих к рабочим по- верхностям
		00	0	1		
		мкм, не более				
ЛД	до 500	0,04	0,04	0,04	0,32	

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать противокоррозионной смазкой.
- 3.2. Условия эксплуатации линейек лекальных типа ЛД в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.
- 3.3. Проверка линейек должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1729-87.
- 3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить лекальные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +20°С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта — масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации — 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «__» ____ 20__ г.

Представитель продавца:

Представитель покупателя:

