

8. Таблица преобразования единиц

Таблица преобразования единиц: Фунт-фунт; Нм; Кг-м
 Формула преобразования единиц:
 $1 \text{ Нм} = 0,10196 \text{ кг-м} = 0,73756 \text{ фунт-фунт}$
 $1 \text{ фунт-фунт} = 0,13825 \text{ кг-м} = 12 \text{ дюйм-фунт}$

Сертификат калибровки / Calibration certificate

№ ключа: T torque wrench		Дата калибровки: Calibration date	
Артикул	Тестовая нагрузка, Нм	Допустимое отклонение $\pm\%$ от заданной нагрузки	Фактическое значение, Нм Actual reading, Nm
2170NM	25	24-26	
3170NM	15	14,4-15,6	
	5	4,8-5,2	
3171NM	110	105,6-114,4	
4175NM	70	67,2-72,8	
3171GN	20	19,2-20,8	
3171-2GN	20	19,2-20,8	
4170NM	210	201,6-218,4	
4170GN	120	115,2-124,8	
4170-2GN	40	38,4-41,6	
4171NM	350	336-364	
4171GN	210	201,65-218,4	
4171-2GN	70	67,2-72,8	
4170NM	450	432-468	
6170NM	240	230,4-249,6	
	65	62,4-67,6	
6171NM	700	672-728	
6171GN	420	403,2-436,8	
	140	134,4-145,6	
6173NM	980	940,8-1019,2	
6173GN	588	564,5-611,5	
8170NM	140	134,4-145,6	
8170GN	140	134,4-145,6	
8170-2GN	140	134,4-145,6	
6175GN	1500	1440-1560	
8175GN	900	864-936	
8175GN	300	288-312	

2170GN	30	28.8-31.2
3170GN	18	17.28-18.72
3170GN	6	5.76-6.24

3170NI	200	192-208
3170NI	110	105.6-114.40
3170NI	35	33.60-36.40

6170GN	500	480-520
6170GN	300	288-312
6170GN	100	96-104
6170GN	2500	2400-2600
6170GN	1500	1440-1560
6170GN	500	480-520

8176NM	1500	1440-1560
8176NM	500	480-520

Atmosphere Temperature and Statement of Humidity 25±2°C 60-80%
 Tester: Serial No.:
 Температура окружающей среды и Влажность 25 ± 2°C 60 ~ 80%
 Тестер: Серийный номер:
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Технический осмотр №1	Технический осмотр №2	Технический осмотр №3
Дата проверки: 20__ г.	Дата проверки: 20__ г.	Дата проверки: 20__ г.
Дата выдана: 20__ г.	Дата выдана: 20__ г.	Дата выдана: 20__ г.
Вид неисправности:	Вид неисправности:	Вид неисправности:
Наименование организации, производящей поверку:	Наименование организации, производящей поверку:	Наименование организации, производящей поверку:
Дата поверки: 20__ г.	Дата поверки: 20__ г.	Дата поверки: 20__ г.
Дата выдана: 20__ г.	Дата выдана: 20__ г.	Дата выдана: 20__ г.
Результат поверки:	Результат поверки:	Результат поверки:
Подпись поверяемого:	Подпись поверяемого:	Подпись поверяемого:
Подпись поверителя:	Подпись поверителя:	Подпись поверителя:
Закрепление о поверке:	Закрепление о поверке:	Закрепление о поверке:
Печать организации, производящей поверку:	Печать организации, производящей поверку:	Печать организации, производящей поверку:

9. Подetailная схема

