

Измерительная лаборатория ОТК
ООО «АНТ Лазер»



Заключение 1062.3/33
Выдано 14 апреля 2021 г.
Действительно до 14 апреля 2024 г.

АТТЕСТАТ № 6А-5664 02.06.2021
Даты выдачи:

Удостоверяется, что Форма куба ЗФК-70,7
зав. № A5664
принадлежащее ООО «АНТ Лазер»
по результатам первичной аттестации, протокол №6 от 01.06.2021
признано пригодным для использования
изготовления контрольных образцов бетона
70x70x70 мм
по ГОСТ10180-2012
Периодичность периодической аттестации 12 месяцев (месяцев, лет)

Директор ООО «АНТ Лазер»

С.В. Таранов

Руководитель ИЛ ОТК

С.В. Таранов



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: форма
2. Назначение: изготовление контрольных образцов бетона 70x70x70 мм
3. Тип: Форма куба ЗФК-70,7 № 6А-5664, год выпуска 2021
4. Изготовитель ООО «АНТ Лазер»
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 22685-89:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЩ-11-400-0.05, зав. №12060517
 - 6.2. Штангенглубиномер ШГ-400-0.05, зав. №110237012
 - 6.3. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. №1
 - 6.4. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890906
 - 6.5. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 05867
 - 6.6. Угольник слесарный поверочный УШ-100
 - 6.7. Набор щупов №2, зав. №2
7. Организация, выполнявшая аттестацию: ООО «АНТ Лазер».
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 22685-89
9. Заключение:
Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22685-89
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.
10. Место проведения аттестации: РФ, 394032, г. Воронеж, Ленинский проспект 158/3, оф. 3,
тел./факс: (473) 230-14-06, 202-88-99
Почта: ant-style@mail.ru