

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества пирометра требованиям ТУ 4211-001-40240197-2013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
- из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции;
- в случае разборки неуполномоченными лицами.
- при наличии механических повреждений;
- из-за отказов элементов питания.

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС»,

129110, Москва, Слесарный пер., д.3 ,

www.zaouromix.ru, E-mail: info@zaouromix.ru

Тел. (495) 150-12-63

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС»



ИНФРАКРАСНЫЙ ПИРОМЕТР «КЕЛЬВИН»

ПАСПОРТ



Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измеряемых температур, °C	+600°...+2300°
Предел допускаемой абсолютной основной погрешности, (при $T \leq 100^\circ\text{C}$)	± 1 °C
относительной погрешности, (при $T \geq 100^\circ\text{C}$), где T – измеряемая температура	$\pm 1\%$
Разрешение по температуре, °C	1 C
Диапазон температур эксплуатации, °C	-40...+50
Диапазон установки излучательной способности объекта	0,01...1,00
Время измерения, сек	0,1 сек.
Показатель визирования	1: 200
Питание	AA x 2шт
Потребляемая мощность, не более	0,2 Вт
Время непрерывной работы от элементов питания, не менее	15 часов
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	122×145×43
Масса прибора, кг	0,4
Корпус	IP65
Цифровой выход	RS 232

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пирометр "Кельвин"	1 шт.
Элементы питания AA	2 шт.
Сумка - чехол	1 шт.
Кабель для подключения к ПК	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект аккумуляторов с зарядным устройством. *	
Блок питания от сети 220 В.*	

*Опционально

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инфракрасный пирометр Кельвин Компакт 2300 ПЛЦ

Заводской номер 1807130

Дата выпуска 23.08.2018 г.

соответствует ТУ 4211-001-40240197-2013 и признан годным к эксплуатации.

ПАСПОРТ на пирометр «КЕЛЬВИН»™