



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**US.C.34.010.A № 42638**

**Срок действия до 18 мая 2016 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Калибраторы токовой петли Fluke 705, Fluke 707, Fluke 715**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**Фирма "Fluke Corporation", США**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **29194-05**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**МП-201/447-2010**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 мая 2011 г. № 2246**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



*[Handwritten signature]*  
*27 05*

**В.Н.Крутиков**

"....." ..... 2011 г.

Серия СИ

№ 000559

**Срок действия до 18 мая 2021 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 мая 2016 г. № 583**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

« 26 » 05

..... 2016 г.