



**Производственная лаборатория
ООО «ТЕАМ ИНДАСТРИ»**

Заключение № 225

Выдано экспертной организацией ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Дата выдачи: 01.10.2021 г.

АТТЕСТАТ № 001ОБ-2021

Дата выдачи: 03.10.2021

Удостоверяет, что
принадлежащая

Форма куба 2ФК-100
ООО «ТЕАМ ИНДАСТРИ»

по результатам протокола испытаний

№ 002 от 03.10.2021 г

признана годной для

изготовления контрольных образцов бетона
100 x 100 x 100 мм

по

ГОСТ 22685-89

Периодичность аттестации 12 месяцев

Директор ООО «ТЕАМ ИНДАСТРИ»

Аксенченко В.А.

Руководитель ОТК

Аксенченко В.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: Форма
2. Назначение: изготовление контрольных образцов бетона 100 x 100 x 100 мм
3. Тип: Форма куба 2ФК-100, год выпуска 2021
4. Изготовитель: ООО «ТЕАМ ИНДАСТРИ»
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 22685-89:
 - Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.05 GRIFF, зав. № 18110028
 - Штангенциркуль электронный, зав. № 20092351
 - Линейка измерительная металлическая до 500 мм, б/н
 - Набор образцов шероховатости поверхности RA 0.4 - 12.5 GRIFF, б/н
 - Модуль взвешивающий: ТВ-S-200.2, зав. № 45312
 - Угольник поверочный УШ-100 ZITOM 100x60 Кл.2, зав. № 202004123
 - Набор щупов №2 70 мм, б/н
7. Организация выполнявшая аттестацию: ООО «ТЕАМ ИНДАСТРИ»
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 22685-89
9. Заключение:
Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22685-89.
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.
10. Место проведения аттестации: РФ, 350031, г. Краснодар, ул. Карла Гусника 17/20.