



Общество с ограниченной ответственностью «Элитест»
ИНН/КПП 5260412157/526001001 ОГРН 1155260008958
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород
р/с 40702810342000035374 к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9, т. (831)434-88-14, elitest@xrs.ru, элитест.рф

Паспорт качества

Наименование продукта: Белая краска Элитест БК5
Нормативный документ: ТУ 2499-002-49782089-2015
Номер партии: 2208050-8
Дата изготовления: 08/2022
Срок годности: 08/2027
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Белая краска Элитест БК5 была протестирована на соответствие условиям стандартов:
ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Работоспособность	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.1	соответствие стандарту	соответствует
Цвет	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.2	белая краска	соответствует
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.15	< 0,020 %	0,010 %

Вывод: белая краска Элитест БК5 соответствует требованиям стандартов:
ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

МП

