



Общество с ограниченной ответственностью «Элитест»
ИНН/КПП 5260412157/526001001 ОГРН 1155260008958
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород
р/с 40702810342000035374 к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9, т. (831)434-88-14, elitest@xrs.ru, элитест.рф

Паспорт качества

Наименование продукта: Пенетрант Элитест П42
Нормативный документ: ТУ 2499-001-49782089-2015
Номер партии: 2311420-3
Дата изготовления: 11/2023
Срок годности: 11/2028
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Пенетрант Элитест П42 был протестирован на соответствие условиям стандартов:
ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Чувствительность	ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1	II класс чувствительности	II класс чувствительности
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень чувствительности 2 (средний)	уровень чувствительности 2 (средний)
Внешний вид	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1	красная однородная жидкость	соответствует
Плотность	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.3	0,780 г/см ³ ± 5 %	0,785 г/см ³
Вязкость	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.4	соответствие стандарту	соответствует
Точка вспышки	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.5	≥ 67 °C	> 93 °C
Стойкость к смыванию	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.6	соответствие стандарту	соответствует
Устойчивость к воде	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.10	≥ 5 %	11,0 %
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11	соответствие стандарту	соответствует
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12	< 0,020 %	0,015 %
Содержание воды	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.20	соответствие стандарту	соответствует

Вывод: пенетрант Элитест П42 соответствует требованиям стандартов:
ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

МП