



Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д. 57
ИНН 1841102789, КПП 1841102789 ОГРН 1221800000146
Р/С № 40702810829850000633
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/С 30101810200000000824, БИК 042202824

ПАСПОРТ № 23042405

Наименование продукции: Гель-паста (контактная жидкость) высокотемпературная для ультразвукового контроля ИНСПЕКТОР 0,1кг. (+350 С)

Тара: банка 100гр

Номер серии (партии): 5

Количество выпущенной продукции: 20 кг

Дата производства продукции: 23.04.2024 г.

Испытания (анализы) проведены согласно ТУ 26.51.66-013-74961365-2023

№ п/п	Наименование показателей контроля качества	Требования к качеству	Результаты анализов
1	Внешний вид	Однородная вязкая жидкость	Соответствует
2	рН	5,8 – 6,8	6,2 (Соответствует)
3	Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
4	Массовая доля механических примесей, %	Не более 0,1	Соответствует
5	Содержание серы, %	Не более 0,05	Отсутствует
6	Содержание галогенов, %	Не более 0,05	Отсутствует
7	Температурные испытания +600 С ⁰ (кратковременно)	Выдерживает	Выдерживает
8	Температурные испытания +300 С ⁰	Выдерживает	Выдерживает

Отвечает требованиям ТУ 26.51.66-013-74961365-2023

Температура использования: от -35 до +350 °С

Хранение: в сухом, вентилируемом помещении, в закрытой заводской таре.

Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления, после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.



М.П.