



Общество с ограниченной ответственностью «Элитест»
ИНН/КПП 5260412157/526001001 ОГРН 1155260008958
ПАО АКБ «Металлинвестбанк», р/с 40702810900990006951,
к/с 30101810300000000176, БИК 044525176

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9, т. (831)434-88-14, elitest@xrs.ru, элитест.рф

Паспорт качества

Наименование продукта: Гель для ультразвукового контроля Элитест Ультра
Нормативный документ: ТУ 20.59.59-003-49782089-2023
Номер партии: 2407900-3
Дата изготовления: 07/2024
Срок годности: 07/2026
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Гель для ультразвукового контроля Элитест Ультра был протестирован на соответствие условиям стандартов: ТУ 20.59.59-003-49782089-2023.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Требования	Результат
Внешний вид	прозрачная однородная гелеобразная жидкость	Соответствует
Температура контролируемого изделия	-40...+130 °С	Соответствует
Плотность	1,05 г/см ³ ± 5 %	Соответствует
Вязкость	> 100 Па·с	Соответствует
Точка вспышки	> 66 °С	Соответствует
Водородный показатель	6-8 pH	Соответствует
Стойкость к смыванию	легко смывается водой	Соответствует
Коррозионные свойства	отсутствие следов коррозии на алюминиевых, стальных и титановых сплавах	Соответствует
Содержание серы и галогенов	< 0,020 %	Соответствует

Вывод: Гель для ультразвукового контроля Элитест Ультра соответствует требованиям стандартов: ТУ 20.59.59-003-49782089-2023.

МП