


ДЕТЕКТОР ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ДОЗИМЕТР)

КТ 629 (КВТ)
серия «ECOLINE»



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


⚠ Внимание!

- Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию, уделяя особое внимание правилам безопасной работы.
- Используйте прибор в соответствии с описанными правилами, в случае неправильного использования прибора его защитные системы могут не сработать.
- Перед использованием прибора проверьте целостность корпуса на наличие сколов и трещин. При обнаружении дефектов не используйте инструмент.
- Во избежание получения ошибочных результатов измерений, при появлении на дисплее значка, указывающего на низкий заряд батареи, сразу замените её.
- Не используйте инструмент вблизи взрывоопасного газа или в условиях повышенной влажности.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


В приборе используется счетчик Гейгера — Мюллера для определения интенсивности ионизирующего излучения (бета-частиц, гамма-частиц и рентгеновского излучения). Прибор работает на основе способности радиации ионизировать газы. В качестве датчика в приборе используется газоразрядная трубка с небольшой камерой. Начиная с определенного уровня напряжения, приложенного к газоразрядной трубке, каждый раз, когда излучение вызывает ионизацию и формирует пару ионов, этот эффект усиливается и преобразовывается в электрический импульс, соответствующей величины. Затем он записывается с помощью электроники прибора. Таким образом измеряется количество ионизированного излучения в единицу времени.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



1. Сенсор
2. Дисплей
3. Кнопки функций
4. Крышка батарейного отсека

ДИСПЛЕЙ



1. Шкала интенсивности излучения
2. Максимальное, среднее или текущее значение
3. Число импульсов в секунду или минуту
4. Показания в реальном времени

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Нажмите кнопку **⏻** для включения прибора. Нажмите и удерживайте кнопку **⏻** для его выключения.
2. Нажмите кнопку **«UNIT»** для выбора единицы измерения: мкЗв/ч (**μSv/h**), мР/ч (**mR/h**) и мЗв/ч (**mSv/h**).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **«UNIT»**, чтобы выбрать единицу измерения: число импульсов в секунду (**CPS**), число импульсов в минуту (**CPM**).
4. Нажмите на кнопку **🔊/🔇**, чтобы включить или выключить звуковое оповещение.
5. Нажмите на кнопку **MAX** для выбора максимального (**MAX**), среднего (**AVG**) и текущего значений (**ACC**).
6. Нажмите кнопку **«HOLD»**, чтобы зафиксировать показания на дисплее.
7. Нажмите и удерживайте кнопку **«HOLD»**, чтобы включить или выключить функцию автоматического выключения прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование прибора	Детектор ионизирующего излучения
Типы детектируемого излучения	Бета-излучение, гамма-излучение, рентгеновское излучение
Тип детектора	Газоразрядная трубка с компенсацией энергии (счетчик Гейгера-Мюллера)
Диапазон эквивалентной дозы	0.00–50000 мкЗв/ч (50 мЗв/ч)
Суммарная эквивалентная доза	0.00–5000 мЗв/ч
Энергетический диапазон	48 кэВ–1.5 МэВ $\leq \pm 30\%$ (для 137 Cs)
Коэффициент преобразования	80 имп/мин/мкЗв (для 60 Co)
Единицы измерения дозы	мкЗв/ч, мР/ч, имп/с, имп/мин
Погрешность	17–25%
Вес без батареек	118 г
Габаритные размеры	142×58×28 мм

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИОНИЗИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

1. Международные стандарты (1990 г)

Персонал, работающий с радиоактивными веществами: 20 мЗв/год (10 мкЗв/ч)

Простое население: 1 мЗв/год (0.5 мкЗв/ч)

2. Преобразование единиц измерения

1 мкЗв/ч = 100 мкР/ч, 1 нКл/(кг х ч) = 4 мкР/ч

1 мкР = 1 γ (единица, используемая для геологоразведки в ядерной промышленности)

Радиоактивность:

1 Ки = 1000 мКи

1 мКи = 1000 мкКи

1 Ки = 3.7×10^{10} Бк = 37 ГБк

1 мКи = 3.7×10^7 Бк = 37 МБк

1 мкКи = 3.7×10^4 Бк = 37 кБк

1 Бк = 2.703×10^{-11} Ки = 27.03 пКи

Экспозиционная доза:

1 P = 10³ мР = 10⁶ мкР

1 P = 2.58×10⁻⁴ Кл/кг

Поглощенная доза:

1 Гр = 10³ мкГр = 10⁶ мкГр

1 Гр = 100 рад, 100 мкрад = 1 мкГр

Эквивалентная доза:

1 Зв = 10³ мЗв = 10⁶ мкЗв

1 Зв = 100 бэр, 100 мкбэр = 1 мкЗв

Концентрация радиоактивного вещества (измерения радона):

1 Бк/л = 0.27×10⁻¹⁰ Ки/л

Прочие:

1 Зв эквивалентен 1 Гр

1 г радий = 0.97 Ки = 1 Ки

3. Расчет значений радиоактивного распада

$A = A_0 e^{-\lambda t}$, $t = T_{1/2}$;

где A_0 — интенсивность излучения радиоактивного источника в начальный момент,
 A — интенсивность через время t ,
 λ — постоянная распада.
Период полураспада $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$.

4. Соотношение между интенсивностью излучения и расстоянием источника

Интенсивность излучения радиоактивного источника обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника излучения:

$X = A r / R^2$,

где A — радиоактивность точечного источника излучения, R — расстояние до источника.

Примечание:

^{226}Ra (радий-226, $T_{1/2} = 1608$ лет), $\gamma = 0.825$ (Р·м²)/(ч·Ки)

^{137}Cs (цезий-137, $T_{1/2} = 29.9$ лет), $\gamma = 0.33$ (Р·м²)/(ч·Ки)

^{60}Co (кобальт-60, $T_{1/2} = 5.23$ лет), $\gamma = 1.32$ (Р·м²)/(ч·Ки)

Рассчитывайте необходимую защиту от радиоактивности в соответствии с таблицей расчета радиоактивного распада:

Радиоактивный источник	Ослабление излучения (см) в 2 раза и в 10 раз для разных материалов					
	Карандаш		Железо		Бетон	
	1/2	1/10	1/2	1/10	1/2	1/10
Цезий-137	0.65	2.2	1.6	5.4	4.9	16.3
Иридий-192	0.55	1.9	1.3	4.3	4.3	14.0
Кобальт-60	1.10	4.10	2.0	6.7	6.3	20.3

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Техническое обслуживание и ремонт прибора должны выполняться квалифицированным персоналом или службой технического обслуживания.
- Держите прибор сухим. Перед использованием очистите прибор мягкой тканью, не используйте при этом чистящие средства или растворители.
- Если прибор долгое время не используется, выключите его.
- Во избежание неправильной работы прибора, не разбирайте его и не заменяйте его компоненты без соответствующего допуска.
- Храните прибор в сухом месте.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Для питания в приборе используются 3 батарейки 1.5 В, AAA. Для установки или замены батареи выполните следующие действия:

1. Выключите питание прибора
2. Снимите крышку батарейного отсека
3. Извлеките старые батареи и установите новые, обращая внимание на полярность
4. Установите крышку батарейного отсека на место

⚠ Внимание!

- Во избежание поражения электрическим током, производите замену батареи сразу после появления индикатора низкого заряда.
- Для замены используйте только качественные батареи, соответствующие стандарту
- В случае, когда прибор не используется длительное время, рекомендуется извлечь батарею, чтобы избежать повреждения прибора, вызванного её окислением.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Дозиметр КТ 629 (КВТ) — 1 шт.
- Батарейки 1.5 В, тип AAA — 3 шт.
- Тканевая сумка — 1 шт.
- Упаковка (картонная коробка) — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Прибор следует хранить в помещении при относительной влажности <80%. На время хранения следует отключить измерительные щупы от прибора и вынуть элементы питания. Информацию о сроках хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su. Гарантийный срок хранения и срок службы

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su.

УТИЛИЗАЦИЯ

	После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном федеральным, либо региональным законом России или стран-участниц Таможенного союза.
---	---

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Изготовитель:
Сделано в Китае. Shanghai Shushen International Trade Company Limited. Room 303, 1st Building, NO. 687, Dong Daming Road, Hongkou district, Shanghai.

Импортёр:
ООО «ЮНИТРЕК», 111524, город Москва, Электродная улица, дом 11, строение 18.

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д. 12.
Тел.: +7 (4842) 595-260, (4842) 596-052.

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики товара, комплектацию и его внешний вид без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ



www.kvt.su

