



АРИОН

Катушка АРИОН К-100

**для химической обработки
рентгенографической плёнки**

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Катушка АРИОН К-100 изготовлена в соответствии с ТУ 4444-048-96651179-2016 и используется при ручной обработке рулонной рентгенографической пленки шириной 100 миллиметров и длиной до 5000 мм.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Материал	нержавеющая сталь
Максимальная длина заправляемой пленки, мм	5 000
Ширина пленки, мм	100
Габаритные размеры ($\varnothing \times H$), мм	170 $\times$ 105
Масса, кг, не более	0,6

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.1


Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	-40 ÷ +50
Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более	98

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Катушка АРИОН К-100	шт.

5 УСТРОЙСТВО И ВНЕШНИЙ ВИД



Катушка, с предварительно заправленной экспонированной пленкой, помещается в специальные проявочные баки с фотохимическим составом. Для размещения нескольких катушек в баках с химреактивами и для перемешивания растворов при химической обработке, рекомендуется использовать стержень АРИОН СТ.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование изделия осуществляется в специальной упаковке, защищающей от случайных ударов.

6.2. Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 26653-2015 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.3. В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 3 ГОСТ 15150-69.

6.4. Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

7 КОНСЕРВАЦИЯ

7.1 Консервация осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

7.2 Данные по консервации заносятся в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия, подпись

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 В составе материала изделия не содержатся драгоценные материалы и цветные металлы.

8.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также в порядке, установленном законами РФ:

- № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

- № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик катушки АРИОН К-100 требованиям, предусмотренным в ТУ 4444-048-96651179-2016 и действующей технической документации, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru сайт: арион.рф