

ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИП ТТ-В

Паспорт

ТТ В БД 150/50, У11 (0-100С), G1/2

1. Общие сведения

- 1.1. Термометры жидкостные стеклянные технические ТТ-В-БД (далее – термометры), предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред (не агрессивных по отношению к материалам, из которых изготовлен термометр) в различных отраслях промышленности в пределах от минус 60 до 600 °С.
- 1.2. Термометры ТТ-В выпускаются по документации фирмы изготовителя.
- 1.3. Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 52107-18 Свидетельство Госстандарта РФ об утверждении типа средств измерений №70488 от 19.07.2018 г.).
- 1.4. Изготовитель: ООО «БД», г. Москва, тел: (499) 110-16-38, 8 800-200-91-96.

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Диапазон показания: 0...100 °С
- 2.2. Величина погрешности: ±2°
- 2.3. Резьба присоединения гильзы G1/2
- 2.4. Масса не более, кг: 0,330
- 2.5. Размер под ключ, мм: 27x27
- 2.6. Исполнение: виброустойчивое
- 2.7. Условия эксплуатации: • температура окружающего воздуха -40...+60°С;
• относит. влажность до 80%

3. Комплектность

Наименование	Кол-	Примечание
1. Прибор	1	Партия термометров, поставляемых на один адрес, комплектуется одной этикеткой
2. Паспорт	1	
3. Копия свидетельства	1	

4. Свидетельство о приемке

4.1 Прибор соответствует требованиям ТУ 4211-001-76586391-2012

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правильная эксплуатация гарантирует безотказную работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия:

- Прибор применять для измерения температуры лишь в среде для которой он предназначен
- Не превышать диапазон измерений

Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае:

- Прибор не работает
- Погрешность показаний превышает допустимое значение

Межповерочный интервал приборов при периодических поверках – 3 года.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно ГОСТ 2405-88. Гарантийный срок хранения - 9 месяцев с момента изготовления.

Отметка торгующей организации

ООО «БД»

М.П.

Прибор № _____

Отметка поверителя: _____

Отметка ТК ООО «БД»: _____

Дата продажи/изготовления: .