



Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»  
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д. 57  
ИНН 1841102789, КПП 1841102789 ОГРН 1221800000146  
Р/С № 40702810829850000633  
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
К/С 30101810200000000824, БИК 042202824

## ПАСПОРТ № WCG31/080425

**Наименование продукции:** Белый контрастный грунт Инспектор WCG

**Тара:** Аэрозоль 400/520мл

**Количество выпущенной продукции:** 200л

**Номер серии (партии):** 31

**Дата производства продукции:** 08.04.2025 г.

**Срок годности:** 36 месяцев со дня изготовления

Испытания (анализы) проведены согласно ТУ 26.51.66-002-29959060-2018

| № п/п | Наименование показателей контроля качества | Требования к качеству       | Результаты анализов |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1     | Вид                                        | Неоднородная белая жидкость | Соответствует       |
| 2     | Цвет                                       | Белый                       | Соответствует       |
| 3     | Запах                                      | Характерный                 | Соответствует       |
| 4     | Cl+F+Br (ИСО 9934-1)                       | < 200 ppm                   | < 70 ppm            |
| 5     | S (ИСО 9934-1)                             | < 200 ppm                   | < 10 ppm            |
| 6     | Скорость высыхания при t +21С 0 в 1 слой   | 60 сек                      | Соответствует       |
| 7     | Толщина одного слоя                        | До 20 мкр                   | 16 мкр              |

**Заключение:** отвечает требованиям ТУ 26.51.66-002-29959060-2018

**Соответствует** ГОСТ 21105-87, ГОСТ Р 56512-2015

Хранение производить при температуре от +5 до +45°С в сухом, вентилируемом помещении.

М.П

