



Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д. 57
ИНН 1841102789, КПП 1841102789 ОГРН 1221800000146
Р/С № 40702810829850000633
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/С 30101810200000000824, БИК 042202824

ПАСПОРТ № PRN72/060525

Наименование продукции: Пенетрант Инспектор PRN

Тара: Аэрозоль 400/520

Номер серии (партии): 72

Количество выпущенной продукции: 200л

Дата производства продукции: 06.05.2025 г.

Испытания (анализы) проведены согласно ТУ 26.51.66–001–29959060–2018

№ п/п	Наименование показателей контроля качества	Требования к качеству	Результаты анализов
1	Внешний вид	Однородное вещество темно-красного цвета	Соответствует
2	Чувствительность	2 класс	Соответствует
3	Плотность	ISO 3452-2 раздел 6.3	Соответствует
4	Вязкость	ISO 3452-2 раздел 6.4	Соответствует
5	Температура воспламенения	ISO 3452-2 раздел 6.5	Соответствует
6	Смываемость	ISO 3452-2 раздел 6.6	Соответствует
7	Водная толерантность	Не менее 5%	Соответствует
8	Коррозионные свойства	Алюминиевый сплав, Сталь – отсутствие пятен, питтинга, коррозии	Соответствует
9	Содержание серы и галогенов	Не более 200 ppm	Соответствует
10	Содержание воды	Не более 1 %	Соответствует

Отвечает требованиям ТУ 26.51.66–001–29959060–2018

Соответствует ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р 56542-2019, ISO 3452-2

Температура использования: от -10 до +50 °C

Хранение: в сухом, вентилируемом помещении, в закрытой таре от +10 до +30 °C.

Срок годности: 60 месяцев со дня изготовления



М.П.