



Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д. 57
ИНН 1841102789, КПП 1841102789 ОГРН 1221800000146
Р/С № 40702810829850000633
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/С 30101810200000000824, БИК 042202824

ПАСПОРТ № LDN99/100325

Наименование продукции: Проявитель Инспектор LDN

Тара: Аэрозоль 400/520мл

Номер серии (партии): 99

Количество выпущенной продукции: 500 л

Дата производства продукции: 10.03.2025 г.

Испытания (анализы) проведены согласно ТУ 26.51.66-001-29959060-2018

№ п/п	Наименование показателей контроля качества	Требования к качеству	Результаты анализов
1	Вид	Однородная жидкость	Соответствует
2	Цвет	Молочно-белый	Соответствует
3	Запах	Характерный	Соответствует
4	Эффективность (ISO 3452-2)	100 % 50 µm	Соответствует
5	Эффективность (ISO 3452-2)	≥ 75 % 30 µm	Соответствует
6	Содержание серы и галогенов	Не более 40 ppm	Соответствует
7	Содержание воды	Не более 1 %	Соответствует

Отвечает требованиям ТУ 26.51.66-001-29959060-2018

Соответствует ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р 56542-2019, ISO 3452-2

Температура использования: от -10 до +50 °C

Хранение: в сухом, вентилируемом помещении, в закрытой заводской таре.

Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления



М.П.