

10 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Средний срок службы – 10 лет.

10.2 Изготовитель гарантирует соответствие плиты требованиям ГОСТ 10905-86 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода линейки в эксплуатацию.

Адрес изготовителя:

454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38

Тел/факс: 8(351) 202-13-61.

Адрес поставщика: АО ТД «ЧИЗ»

111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 7, эт 4 пом XI ком 17 Тел: 8(495) 380-06-23.

ООО НПП «ЧИЗ»



ПАСПОРТ ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ ГОСТ 10905-86

Свидетельство об утверждении типа СИ ОС.С.27.007.А №75887

Регистрационный № 76927-19

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плита поверочная и разметочная (далее – плита) предназначена для измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности, использования в качестве образца плоской поверхности (установочной поверхности) при сборке, измерениях деталей и проведении поверки средств измерений в условиях цехов и лабораторий машиностроительного комплекса.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм	Допуск плоскостности для классов точности, мкм				Масса, кг, не более
	0	1	2	3	
250×250	4	8	16	30	14
400×400	6	12	25	50	38
630×400	8	16	30	60	65
1000×630	10	20	40	80	280
1600×1000	12	25	50	100	870
2000×1000	16	30	60	120	1100
2500×1600	16	30	60	120	4200

10 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Средний срок службы – 10 лет.

10.2 Изготовитель гарантирует соответствие плиты требованиям ГОСТ 10905-86 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода линейки в эксплуатацию.

Адрес изготовителя:

454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38

Тел/факс: 8(351) 202-13-61.

Адрес поставщика: АО ТД «ЧИЗ»

111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 7, эт 4 пом XI ком 17 Тел: 8(495) 380-06-23.

ООО НПП «ЧИЗ»



ПАСПОРТ ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ ГОСТ 10905-86

Свидетельство об утверждении типа СИ ОС.С.27.007.А №75887

Регистрационный № 76927-19

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плита поверочная и разметочная (далее – плита) предназначена для измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности, использования в качестве образца плоской поверхности (установочной поверхности) при сборке, измерениях деталей и проведении поверки средств измерений в условиях цехов и лабораторий машиностроительного комплекса.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм	Допуск плоскостности для классов точности, мкм				Масса, кг, не более
	0	1	2	3	
250×250	4	8	16	30	14
400×400	6	12	25	50	38
630×400	8	16	30	60	65
1000×630	10	20	40	80	280
1600×1000	12	25	50	100	870
2000×1000	16	30	60	120	1100
2500×1600	16	30	60	120	4200

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1 Температура окружающего воздуха для плит классов точности 0 и 1, °C: от +16 до +24
- 3.2 Температура окружающего воздуха для плит классов точности 2 и 3, °C: от +14 до +26
- 3.3 Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80
- 3.4 Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 Плита 1 шт.
- 4.2 Крышка или транспортная упаковка 1 шт.
- 4.3 Паспорт 1 экз.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1 Установить плиту горизонтально, используя брусковый уровень. Устанавливать плиту следует на опорные поверхности плиты на прочное основание.
- 5.2 Очистить плиту от защитной смазки. Тщательно протереть рабочую поверхность плиты тканью, смоченной в нефрасе, протереть чистой сухой тканью.
- 5.3 Во время работы не допускать ударов и царапин по поверхности плиты во избежание повреждения ее рабочей поверхности.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 6.1 Температура окружающего воздуха, °C от +5 до +40
- 6.2 Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80
- 6.3 Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1 Температура окружающего воздуха для плит классов точности 0 и 1, °C: от +16 до +24
- 3.2 Температура окружающего воздуха для плит классов точности 2 и 3, °C: от +14 до +26
- 3.3 Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80
- 3.4 Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 Плита 1 шт.
- 4.2 Крышка или транспортная упаковка 1 шт.
- 4.3 Паспорт 1 экз.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1 Установить плиту горизонтально, используя брусковый уровень. Устанавливать плиту следует на опорные поверхности плиты на прочное основание.
- 5.2 Очистить плиту от защитной смазки. Тщательно протереть рабочую поверхность плиты тканью, смоченной в нефрасе, протереть чистой сухой тканью.
- 5.3 Во время работы не допускать ударов и царапин по поверхности плиты во избежание повреждения ее рабочей поверхности.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 6.1 Температура окружающего воздуха, °C от +5 до +40
- 6.2 Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80
- 6.3 Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

7 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

- 7.1 Поверка плит проводится по МИ 2007-89.
- 7.2 Интервал между поверками – 2 года, 1 год – для эталонных плит.

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ

Плита поверочная и разметочная размером _____, исполнения _____, класса _____, точности _____, заводской _____ номер _____, соответствует требованиям ГОСТ 10905-86 и признана годной к эксплуатации.

Приемку произвел:

МП _____ личная подпись _____ дата _____

9 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

- 9.1 Плита подвергнута консервации по варианту ВЗ-1/ВУ-1 ГОСТ 9.014-78 и упакована согласно ГОСТ 13762-86.
- 9.2 Срок консервации: 24 месяца.

Консервацию и упаковку произвел:

личная подпись _____ дата _____

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 6.1 Температура окружающего воздуха, °C от +5 до +40
- 6.2 Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80
- 6.3 Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

7 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

- 7.1 Поверка плит проводится по МИ 2007-89.
- 7.2 Интервал между поверками – 2 года, 1 год – для эталонных плит.

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ

Плита поверочная и разметочная размером _____, исполнения _____, класса _____, точности _____, заводской _____ номер _____, соответствует требованиям ГОСТ 10905-86 и признана годной к эксплуатации.

Приемку произвел:

МП _____ личная подпись _____ дата _____

9 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

- 9.1 Плита подвергнута консервации по варианту ВЗ-1/ВУ-1 ГОСТ 9.014-78 и упакована согласно ГОСТ 13762-86.
- 9.2 Срок консервации: 24 месяца.

Консервацию и упаковку произвел:

личная подпись

дата

ОБРАЗОЦ