

ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»



ШУМОМЕР ЦИФРОВОЙ VA-SM ПАСПОРТ

ООО «ВИ ЭНД ЭЙ ИНСТРУМЕНТ РУС»

Юридический адрес: 660005, РФ, г. Красноярск, ул.Краснодарская, 17-212

Тел. +7 (499) 130-23-76

Email: info@va-rus.ru

www.va-rus.ru

КРАСНОЯРСК

1. Основные сведения об изделии и технические данные

Шумомер цифровой VA-SM_____ зав. №_____ изготовлен
«___» 20___ г. ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус», соответствует ТУ 26.51.53-001-
21839994-2023

Метрологические характеристики:

Наименование характеристики	Значение		
	VA-SM8080	VA-SM8081	VA-SM8082
Диапазон рабочих частот, Гц	от 31,5 до 8000,0		
Диапазоны измерений УЗД, дБ, в режимах:	30-80 - - 70-120	- - - -	от 30 до 80 от 50 до 100 от 60 до 110 от 80 до 130
Auto (Автоматический режим)	от 30 до 120	от 30 до 130	от 30 до 130
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений УЗД, дБ, в диапазонах рабочих частот:			
31,5 Гц	5,0	2,0	1,5
63 Гц	2,5	4,0	4,0
125 Гц	2,0	1,0	1,0
250 Гц	1,0	1,0	2,5
500 Гц	1,0	2,0	4,0
1000 Гц	1,0	1,0	1,0
2000 Гц	1,0	3,0	3,0
4000 Гц	3,0	7,0	9,0
8000 Гц	10,0	7,0	9,0

2. Комплектность

	VA-SM8080	VA-SM8081	VA-SM8082
Шумомер	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ветровая насадка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Элементы питания	1,5 В AAA - 3 шт.	«Кrona» 6F22 – 1 шт. х 9 В	«Кrona» 6F22 – 1 шт. х 9 В
Наручный ремешок	1 шт.	-	-
Кейс для переноски	1 шт.	-	1 шт.
Гарантийный талон	1 экз.	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.
Паспорт прибора	1 экз.	1 экз.	1 экз.

3. Проверка

При поверке изделий следует руководствоваться методикой поверки РТ-МП-342-441-2023.

Проверка должна проводиться в аккредитованной лаборатории.

Номер прибора в Госреестре СИ: 90315-23.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ 26.51.53-001-21839994-2023 при соблюдении потребителям условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с даты выпуска.