

Руководство по эксплуатации

Счетчик мочевины Petroll FM 200

ВНИМАНИЕ! Не предназначен для учета растворителей, дизельного топлива, бензина, спирта и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Технические характеристики

- Тип жидкости: мочевина, химические, фармацевтические, пищевые жидкости, химикаты, масло, вода.
- Производительность: 10—120 л/мин
- Наибольшее рабочее давление: 0,3 МПа
- Допустимая погрешность: $\pm 1\%$
- Предел указателя разового учёта: 9999 л
- Предел указателя суммарного учёта: 99999999 л
- Температура эксплуатации: -10...+40 °C
- Присоединительный размер: 25 мм (1")

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск: нажать кнопку «SETUP».

Расходомер вернется в режим ожидания, если будет бездействовать дольше 8 минут.

Сброс данных: для сброса текущих данных во время работы расходомера нажать кнопку «CLEAR».

Просмотр общего накопленного значения: нажать кнопку «TOTAL». Во второй строке экрана появится надпись «TOTAL» и соответствующее итоговое значение. Итоговое значение сбросить нельзя.

Сброс частичного итога: удерживать кнопку «TOTAL» нажатой 2 секунды; на экране появится мигающее значение. Нажать кнопку «CLEAR» для сброса частичного итога.

Расходомер имеет функцию сброса итогового значения.

«Cal USER»: в верхней строке отображается текущий коэффициент (по умолчанию задан коэффициент 1000). Пока значение мигает, кратковременное нажатие кнопки «CLEAR» увеличивает значение, кратковременное нажатие кнопки «TOTAL» уменьшает его, кратковременное нажатие кнопки «SETUP» смещает курсор, длительное нажатие кнопки «SETUP» сохраняет значение и отменяет режим настройки.

При увеличении коэффициента отображаемый расход больше, чем фактический, а при уменьшении коэффициента наоборот.

ОПИСАНИЕ КНОПОК

Левая кнопка «CLEAR»: для включения питания и сброса текущего накопленного значения;

Средняя кнопка «SETUP»: для задания коэффициента, выбора единиц измерения, переключения между отображением расхода и сдвига;

Правая кнопка «TOTAL»: для просмотра общего накопленного значения и накопленных значений по категориям, а также для калибровки на месте.

Истинный расход 100 л	Коэффициент	Показания счетчика
Коэффициент подстройки	1000	100.00L
	1010	101.00L
	1100	110.00L
	2000	200.00L
	0980	98.000L
	0960	96.000L

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Когда заряд батареи снижается, на ЖК-дисплее появляется иконка, оповещающая пользователя о том, что батарею пора заменить. Не следует держать в расходомере разряженную батарею: она может потечь и повредить прибор. В режиме ожидания батареи хватает примерно на 2 года, но рекомендуется менять ее раз в год. Рекомендуется ежегодно проверять электроды батареи и заменять ее, если они начали ржаветь. Если расходомер не будет использоваться в течение длительного времени, то следует извлечь из него батарею.

Контактная информация

ООО «Петролл»

Тел.: +7 (495) 980-65-51, +7 (800) 200-65-21 (бесплатно по России)

E-mail: info@petroll.ru

petroll.ru / personalazs.ru

