



Паспорт качества

Наименование продукта: Очиститель Элитест Р11
Нормативный документ: ТУ 2499-001-49782089-2015
Номер партии: 2208110-9
Дата изготовления: 04.2026
Срок годности: 04.2031
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Очиститель Элитест Р11 был протестирован на соответствие условиям стандартов:
ГОСТ 18442, ГОСТ Р ИСО 3452-2, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Чувствительность пенетранта Элитест П42 / П52 / П82 / П92 при использовании проявителя Элитест ПР9 / ПР20 / ПР21	ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1	II класс чувствительности	соответствует
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень чувствительности 2 (средний)	соответствует
Чувствительность пенетранта Элитест П83 / П93 при использовании проявителя Элитест ПР9 / ПР20 / ПР21	ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1	II класс чувствительности	соответствует
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень чувствительности 3 (высокий)	соответствует
Чувствительность пенетранта Элитест П84 / П94 при использовании проявителя Элитест ПР9 / ПР20 / ПР21	ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1	I класс чувствительности	соответствует
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень чувствительности 4 (сверхвысокий)	соответствует
Внешний вид	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1	прозрачная однородная жидкость	соответствует
Плотность	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.3	$0,7 \text{ г/см}^3 \pm 10 \%$	соответствует
Точка вспышки	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.5	11 °C	соответствует
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11	соответствие стандарту	соответствует
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12	< 0,020 %	соответствует
Содержание сухих веществ	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.13	< 5 гр	соответствует

Заключение: Очиститель Элитест Р11 соответствует требованиям стандартов:
ГОСТ 18442, ГОСТ Р ИСО 3452-2, ТУ 2499-001-49782089-2015.