



Паспорт качества

Наименование продукта: Гель для ультразвукового контроля Элитест Ультра
Нормативный документ: ТУ 20.59.59-003-49782089-2023
Номер партии: 2609900-5
Дата изготовления: 09/2026
Срок годности: 09/2028
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Гель для ультразвукового контроля Элитест Ультра был протестирован на соответствие условиям стандартов: ТУ 20.59.59-003-49782089-2023.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Требования	Результат
Внешний вид	прозрачная однородная гелеобразная жидкость	Соответствует
Температура контролируемого изделия	-40...+130 °С	Соответствует
Плотность	1,05 г/см ³ ± 5 %	Соответствует
Вязкость	> 100 Па·с	Соответствует
Точка вспышки	> 66 °С	Соответствует
Водородный показатель	6-8 pH	Соответствует
Стойкость к смыванию	легко смывается водой	Соответствует
Коррозионные свойства	отсутствие следов коррозии на алюминиевых, стальных и титановых сплавах	Соответствует
Содержание серы и галогенов	< 0,020 %	Соответствует

Вывод: Гель для ультразвукового контроля Элитест Ультра соответствует требованиям стандартов: ТУ 20.59.59-003-49782089-2023.

МП

ООО «Элитест»

603093, Нижний Новгород, улица Родионова, дом 134, литер А, помещение 9
ИНН 5260412157, КПП 526001001, elitest@xrs.ru, элитест.рф, 8 800 511-08-84
р/с 40702810603000191348, к/с 30101810700000000803, БИК 042202803, Приволжский ф-л ПАО «Банк ПСБ»