



Паспорт качества

Наименование продукта: Проявитель Элитест ПР20Т
Нормативный документ: ТУ 2499-001-49782089-2015
Номер партии: 2609201-7
Дата изготовления: 09.2026
Срок годности: 09.2031
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Проявитель Элитест ПР20Т был протестирован на соответствие условиям стандартов: ГОСТ 18442, ГОСТ Р ИСО 3452-2, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Чувствительность пенетранта Элитест П42Т при использовании проявителя Элитест ПР20Т	ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1	II класс чувствительности	соответствует
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень чувствительности 2 (средний)	соответствует
Внешний вид	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1	Белая неоднородная жидкость	соответствует
Точка вспышки	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.5	11 °C	соответствует
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11	соответствие стандарту	соответствует
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12	< 0,020 %	соответствует
Содержание сухих веществ	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.13	< 5 гр	соответствует
Производительность проявителя	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.15	соответствие стандарту	соответствует
Обратная дисперсность	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.16	соответствие стандарту	соответствует
Плотность жидкости-носителя	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.17	0,790 г/см ³ ± 5 %	соответствует
Гранулометрический состав	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.19	соответствие стандарту	соответствует

Заключение: Проявитель Элитест ПР20Т соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 18442, ГОСТ Р ИСО 3452-2, ТУ 2499-001-49782089-2015.