



Паспорт качества

Наименование продукта: Концентрат магнитной суспензии Элитест ЛК4
Нормативный документ: ТУ 2499-002-49782089-2015
Номер партии: 2609041-1
Дата изготовления: 09.2026
Срок годности: 09.2031
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Концентрат магнитной суспензии Элитест ЛК4 был протестирован на соответствие условиям стандартов:
ГОСТ Р 56512, ГОСТ Р ИСО 9934-2, ТУ 2499-002-49782089-2015.

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Работоспособность	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.1	соответствие стандарту	соответствует
Цвет	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.2	Жёлто-зелёная неоднородная жидкость	соответствует
Размер частиц, мкм	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.3	1-25	соответствует
Температура вспышки	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.7	> 93 °C	соответствует
Термостойкость	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.4	соответствие стандарту	соответствует
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.8	соответствие стандарту	соответствует
Условная вязкость при 25°C	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.9	0,6-2,0 мм ² /с	соответствует
Концентрация сухих частиц	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.14	2,4 гр/л ± 10 %	соответствует
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.15	< 0,020 %	соответствует

Заключение: Концентрат магнитной суспензии Элитест ЛК4 соответствует требованиям стандартов:
ГОСТ Р 56512, ГОСТ Р ИСО 9934-2, ТУ 2499-002-49782089-2015.