СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Вид продукции: Химические реактивы для обработки рентгеновской радиографической пленки

Номер партии: 2608032-8

Дата производства: август 2026 г. Срок годности: август 2028 г.

Наименование: Проявитель ФОМАКС П универсальный, ТУ 20.59.12-112-96651179-2022

Объем нетто:

- часть А:5 л
- часть Б: 0,25 л

Физико-химические характеристики:

№ п/п	Наименование показателя	Проявитель ФОМАКС П, часть А		Проявитель ФОМАКС П, часть Б	
		Норма по ТУ 20.59.12-112-96651179-2022	Результат	Норма по ТУ 20.59.12-112-96651179-2022	Результат
1	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость бледно-желтого цвета	Соответствует	Однородная прозрачная жидкость бледно-желтого цвета	Соответствует
2	Плотность при 25 °С, г/см^3, не менее	1,3	Соответствует	1,1	Соответствует
3	Показатель pH	11-12	Соответствует	<4	Соответствует
4	Растворимость в воде	Растворим в воде	Соответствует	Растворим в воде	Растворим в воде

Результаты контроля: продукция обеспечивает химическую обработку рентгеновской пленки в соответствии с ТУ 20.59.12-112-96651179-2022

Производитель: ООО «АРИОН» 603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3

Диапазон рабочих температур готового раствора: от +20°С до +38˚С
Условия хранения: от + 4°С до +35°С

Гарантии: В случае обоснованных претензий к качеству, несоответствующая продукция будет заменена в соответствии с общими условиями продаж

М.П.