

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

1. Описание продукции:

Промышленная радиографическая пленка для неразрушающего контроля.

Тип пленки	Размер	Вид упаковки	Количество листов
ФОМАКС Р4	30 x 40 см	NIF	100 листов

Номер партии: 2604212-0

2. Осуществлен контроль продукции в соответствии со стандартами:

Размеры: ГОСТ 25847-83
Сенситометрия: ISO 7004
Классификация: ГОСТ Р ИСО 11699-1-2023
Класс качества: С 3

3. Результаты контроля:

Продукция соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 25847-83, ГОСТ Р ИСО 11699-1-2023, ТУ 20.59.11-111-96651179-2022

Наименование	Спецификация	Данные
Класс качества	С3	С3
Отношение сигнал/шум	Не меньше 180	231
Фактор гранулярности	Не больше 0.023	0,018
Коэффициент контрастности D min D2	Не меньше 4,1	4,2
Коэффициент контрастности D min D4	Не меньше 6,8	7,0

4. Производитель:

ООО «АРИОН» 603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3
Марка полуфабриката: IX50XD
Производитель полуфабриката: Fujifilm Corporation, Tokyo, Japan

5. Контроль качества на производстве:

Производство продукции контролируется в соответствии со стандартом ISO 9001 и ТУ 20.59.11-111-96651179-2022

6. Условия хранения:

Пленка в оригинальной запечатанной упаковке должна храниться на ребре в следующих условиях: минимальная температура 4°C, максимальная температура 24°C, влажность 30-60%.

7. Гарантии:

В случае обоснованных претензий к качеству продукция ненадлежащего качества будет заменена в соответствии с общими условиями продаж

Дата выдачи сертификата: 2026.04

Срок годности: 2029.04

ООО «АРИОН»

603093, Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3
ИНН 5260177584, КПП 526001001, info@ari-on.ru, арион.рф, 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41
р/с 40702810903000191284, к/с 30101810700000000803, БИК 042202803, Приволжский ф-л ПАО «Банк ПСБ»