Паспорт качества

Наименование продукта: Пенетрант Элитест П62
Нормативный документ: ТУ 2499-001-49782089-2015
Номер партии: 2610620-7
Дата изготовления: 10.2026
Срок годности: 10.2031
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Пенетрант Элитест П62 был протестирован на соответствие условиям стандартов:
ГОСТ 18442, ГОСТ Р ИСО 3452-2, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Чувствительность	ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1	I класс чувствительности	соответствует
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень чувствительности 2 (высокий)	соответствует
Внешний вид	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1	красная однородная жидкость	соответствует
Плотность, г/см^3	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.3	0,97±5%	соответствует
Вязкость, мм^2/с	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.4	7,96±10%	соответствует
Люминесцентная яркость, %	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.7	80±10 %	соответствует
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11	соответствие стандарту	соответствует
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12	< 0,020 %	соответствует

Заключение: Пенетрант Элитест П62 соответствует требованиям стандартов:
ГОСТ 18442, ГОСТ Р ИСО 3452-2, ТУ 2499-001-49782089-2015.



603093, Нижний Новгород, улица Родионова, дом 134, литер А, помещение 9
ИНН 5260412157, КПП 526001001, elitest@xrs.ru, элитест.рф, 8 800 511-08-84
р/с 40702810603000191348, к/с 30101810700000000803, БИК 042202803, Приволжский ф-л ПАО «Банк ПСБ»